

KERN FC 1K-BT

Dynamomètre compact

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FC 1K-BT
Model-Serie	FC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils numériques de mesure de la force (capteur interne)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761247802
Planned start date	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	90248000

Données techniques - Primaire

Max. Force	1 kN
Lisibilité	1 N

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	145×73×34 mm
Matériau du boîtier	Métal
Filetage de montage	Filetage extérieur M6

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage	LCD
Hauteur des chiffres de l'affichage	10 mm
DisplayReverse	Yes

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	NiMH
Durée de fonctionnement (écran éteint)	20 h
Temps de fonctionnement (écran allumé)	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Classe de protection	Sans classe de protection

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
Tolérance (% de la valeur maximale)	0,3%
Direction de la force	Compression;traction

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction de crête	Yes
Valeur limite (Min - Max)	Yes
Signal sonore de disponibilité	Yes
Interface	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×155×110 mm
Poids brut	2 kg

KERN FC 1K-BT

Dynamomètre compact



Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Ni-MH (UN 3496, instruction d'emballage #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Composant de l'emballage - en poids - carton	230 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire	Yes
Mémoire des valeurs - nombre de cellules (par groupe)	500

Services en option

Calibration DAkKS - push/pull	963-362
Calibration DAkKS - push only	963-262
Calibration DAkKS - Pull uniquement	963-162

Les fonctions

Standard



Option

