



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
@ info@kern-sohn.com

Declaração de conformidade UE | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

PT Pela presente declaramos com plena responsabilidade que o produto referido por esta declaração cumpre os requisitos das directivas abaixo. O objeto da declaração abaixo descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável. A balança possui homologação. O ano de procedimento de avaliação da conformidade UE está listado ao lado da marcação de conformidade CE. Avaliação da conformidade UE destas balanças é realizada na fábrica, e a designação „M” está localizada no próprio dispositivo e na embalagem. A zona de gravidade especificada determina o local de utilização.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M” auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Tipo | Type | Typ

KFE-TNM

Número de série | Serial no. |
Seriennr.

XXXXXXXXXX

Marcação CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Directiva UE EU directive EU-Richtlinie	Normas Standards Normen	Homologação Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-04108 DK0199.539
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Esta marcação CE indica avaliação de conformidade por KERN; aptidão para áreas de aplicação de acordo com 2014/31/UE, Capítulo 1, Artigo 1, Item 2 (a a f). Estas balanças ostentam a marca metrológica "M" seguida do ano da avaliação de conformidade da UE no instrumento. Está disponível um certificado de exame de tipo UE de acordo com 2014/31/UE para o saldo. A zona gravitacional especificada determina o local de utilização. Qualquer alteração no local de utilização para além dos limites da área de aplicação especificada exigirá um novo teste. O organismo notificado NMI Certin BV (0122) realiza auditorias para o módulo D de acordo com a directiva 2014/31/UE e emitiu o certificado CE-240 para KERN.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M” gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Localização ou zona: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Data | Date | Datum: 09.02.2021


Local de emissão: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Assinatura:
Signature:
Signatur:

John Doe
KERN & Sohn GmbH

Representante autorizado
Verification officer
Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Director-geral
Managing director
Geschäftsführer