



KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Izjava o skladnosti EU | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

SI S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, na katerega se nanaša ta izjava, izpolnjuje zahteve naslednjih direktiv. Predmet navedene izjave, opisan spodaj, je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji. Izdelek je bil izdelan ob upoštevanju spodnjih standardov in ustreza omenjenim smernicam.

EN We hereby declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates complies with the directives listed below. The product complies with the relevant Union harmonization legislation. The product was manufactured by applying the standards below and corresponds to the directives mentioned.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Das Produkt wurde unter Berücksichtigung untenstehender Normen gefertigt und entspricht den genannten Richtlinien.

TYPE REF

Tip | Type | Typ

BFB 1T-4AM

BFB 1T-4SAM

BFB 3T-3AM

BFB 3T-3LBM

BFB 600K-1AM

BFB 600K-1SAM

BFB 6T-3AM

BFN 3T-3AM

KFB-TAM

KFN-TAM

NFB 1T-1AM

NFB 1T-1LAM

NFB 600K-1AM

NFB 600K-1LAM

TBFN 1.5T-4M-A

TBFN 1.5T-4SM-A

TBFN 600K-1SM-A

TIFB 150K20DM-A

TIFB 150K-2LM-A

TIFB 300K-2M-A

TIFB 30K-2M-A

TIFB 600K-1M-A

TIFB 60K10DLM-A

TIFB 60K-2M-A

TIFB 6K-3SM-A

TNFN 1.5T-1M-A

TNFN 600K-1M-A

TSFB 100K-2HM-A

TSFB 100K-2LM-A

TSFB 100K-2XLM-A

TSFB 15K-3HM-A

SN

Serijska št. | Serial no. | Seriennr.

XXXXXXXXXX

TSFB 30K-2HM-A
TSFB 60K-2LHM-A
TSFB 60K-2XLM-A
TUFN 1.5T-4M-A
TUFN 600K-1M-A
UFB 1.5T-4AM
UFB 600K-1AM

Oznaka CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Direktiva EU EU directive EU-Richtlinie	Standardi Standards Normen	Homologacija Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS) <i>OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110</i>	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106</i>	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
 M24 0122¹⁾	2014/31/EU (NAWI) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 107-148</i>	EN 45501:2015	0200-NAWI-06047 ²⁾
	2014/35/EU (LVD) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 357-374</i>	EN 62368-1:2014+A11:2017	

- 1) **SI** Priloženi simbol CE označuje KERN izjavo o skladnosti. Izdelek je odobren za kategorije uporabe, navedene v Direktivi 2014/31/EU, pogl. 1 čl. 1 točka 2 (a do f). Tehnice so označene z meroslovno oznako "M", ki ji sledita zadnji dve števki leta izjave o skladnosti. Povezani dokument je certifikat o pregledu tipa v skladu z Direktivo 2014/31/EU. Dana gravitacijska cona določa kraj uporabe. Vsaka sprememba zunaj meja območja zahteva ponovno preverjanje. Priglašeni organ NMI Certin BV (0122) revidira modul D v skladu z Direktivo 2014/31/EU in je za podjetje KERN izdal potrdilo CE-240.
- EN** This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body "NMI Certin BV" (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.
- DE** Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle "NMI Certin BV" (0122) führte das Audit für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.
- 2) **SI** Priglašeni organ "FORCE Certification A/S" (0200) je opravil EU-pregled tipa in izdal certifikat o EU-pregledu tipa št. "0200-NAWI-06047" za KERN.
- EN** The notified body "FORCE Certification A/S" (0200) performed the EU type examination and issued the EU type examination certificate no. "0200-NAWI-06047" for KERN.
- DE** Die benannte Stelle "FORCE Certification A/S" (0200) hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und stellte die EU Baumusterprüfbescheinigung Nr. "0200-NAWI-06047" für KERN aus.

g = ...

Lokacija ali območje: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Datum | Date | Datum: 30.10.2024

Kraj izdaje: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

John Doe
KERN & SOHN GmbH


Albert Sauter
KERN & SOHN GmbH

Podpis:
Signature:
Signatur:

Pooblaščen zastopnik
Verification officer
Prüfbevollmächtigter

Izvršni direktor
Managing director
Geschäftsführer

