

Deklaracja zgodności UE | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

PL Niniejszym z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania niżej wymienionych dyrektyw. Wymieniony poniżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Waga posiada świadectwo homologacji typu. Rok przeprowadzenia procedury oceny zgodności UE jest podany obok oznakowania zgodności CE. Ocena zgodności UE tych wag jest przeprowadzana fabrycznie, a oznaczenie „M” znajduje się na samym urządzeniu oraz na opakowaniu. Podana strefa grawitacyjna określa miejsce użytkowania.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M” auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Typ | Type | Typ

Nr seryjny | Serial no. | Seriennr.

KFE-TNM

XXXXXXXXXX

Oznakowanie CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Dyrektywa UE EU directive EU-Richtlinie	Normy Standards Normen	Homologacja typu Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
M21 0122¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-04108 DK0199.539
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Niniejsze oznakowanie CE wskazuje na ocenę zgodności dokonaną przez KERN; przydatność do obszarów zastosowań zgodnie z rozdziałem 1 art. 1 pkt 2 (a do f) 2014/31/UE. Na wagach tych umieszczony jest znak metrologiczny "M", po którym następuje rok oceny zgodności UE na wadze. Dla równowagi dostępny jest certyfikat badania typu UE zgodnie z normą 2014/31/UE. Określona strefa grawitacyjna określa miejsce użytkowania. Zmiana miejsca użytkowania wykraczająca poza granice określonego obszaru użytkowania będzie wymagała przeprowadzenia nowego badania. Jednostka notyfikowana NMI Certin BV (0122) przeprowadza audyty dla modułu D zgodnie z dyrektywą 2014/31/UE i wydała certyfikat CE-240 dla KERN.

²⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

³⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M” gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Lokalizacja lub strefa: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Data | Date | Datum: 09.02.2021


Miejsce wystawienia: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Podpis:
Signature:
Signatur:

John Doe
KERN & Sohn GmbH

Upoważniony
przedstawiciel
Verification officer
Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Dyrektor zarządzający
Managing director
Geschäftsführer